


KALIBER Műszer- és Méréstechnika Kft
Instrument and Measuring Technics Ltd
Instrument und Messtechnik GmbH
Alapítva/*Established*/Gegründet: 1924


H 1134 Budapest Rózsafa u. 13
Budapest, Pf. 4 H 1553
T: (+361) 350 3133, 340 3718
F: (+361) 450 0756
E-mail : kaliberkft@chello.hu
Honlap: <http://www.kaliberkft.hu>



8925 5t-25t



Méréshatár:	5t, 10t, 16t, 20t, 25t	
Pontosság :	0,2 %	0,5 %
Cellatényező:	2 mV/V \pm 0,1 %	2 mV/V \pm 0,1 %
Nullhelyzet:	1 %	1,5%
Nullhelyzet hőmérsékletfüggés:	0,1 %	0,1 %
Cellatényező hőmérsékletfüggés:	0,1 %	0,1 %
Linearitás:	0,2 %	0,5 %
Hiszterézis:	0,2 %	0,5 %
Ismétlési hiba:	0,05 %	0,2 %
Kúszás 30 perc alatt:	0,06 %	0,1 %
Bemeneti ellenállás:	700 ohm \pm 5 ohm	700 ohm \pm 5 ohm
Kimeneti ellenállás:	700 ohm \pm 5 ohm	700 ohm \pm 5 ohm
Szigetelési ellenállás	Min 5 Gohm	Min 5 Gohm
Tápfeszültség (javasolt):	6-10 V	6-10 V
Tápfeszültség (max.):	12 V	6-10 V
Megengedett túlterhelés:	150 %	150
Törés határ:	300 %	300
Védelem:	IP 65	IP 65



KALIBER Műszer- és Méréstechnika Kft
Instrument and Measuring Technics Ltd
Instrument und Messtechnik GmbH
Alapítva/*Established*/Gegründet: 1924

H 1134 Budapest Rózsafa u. 13
Budapest, Pf. 4 H 1553
T: (+361) 350 3133, 340 3718
F: (+361) 450 0756
E-mail : kaliberkft@chello.hu
Honlap: <http://www.kaliberkft.hu>

