




KALIBER Műszer- és Méréstechnika Kft  
Instrument and Measuring Technics Ltd  
Instrument und Messtechnik GmbH  
Alapítva/*Established*/Gegründet: 1924

H 1134 Budapest Rózsafa u. 13  
Budapest, Pf. 4 H 1553  
T: (+361) 350 3133, 340 3718  
F: (+361) 450 0756  
E-mail : [kaliber@kaliberkft.hu](mailto:kaliber@kaliberkft.hu)  
Honlap: <http://www.kaliberkft.hu>




## 9065 200t-300t



Méréshatár:	200t, 300t
Pontosság :	0,5 %
Cellatényező:	2 mV/V ± 0,1 %
Nullhelyzet:	1 %
Nullhelyzet hőmérsékletfüggés:	0,1 %
Cellatényező hőmérsékletfüggés:	0,1 %
Linearitás:	0,2 %
Hiszterézis:	0,2 %
Ismétlési hiba:	0,2 %
Kúszás 30 perc alatt:	0,04 %
Bemeneti ellenállás:	700 ohm ± 5 ohm
Kimeneti ellenállás:	700 ohm ± 5 ohm
Szigetelési ellenállás	Min 5 Gohm
Tápfeszültség (javasolt):	6 – 10 V
Tápfeszültség (max.):	12 V
Megengedett túlterhelés:	150 %
Törés határ:	300 %
Védelem:	IP 65

200t



300t

